

附件 1

## 重庆川仪自动化股份有限公司民用核安全设备设计许可活动范围表(新增)

设备类别	设备品种	核安全级别	设计能力特征参数	典型设备名称	设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
传感器	液位计	1E 级	适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量：传感器 686kGy、LOCA；连接器组件 2741kGy、LOCA） 鉴定寿命：25 年（长期运行温度 49℃）	磁浮子式液位计	以设备技术规格书为依据，完成设备的全部施工图纸、技术条件和其他设计文件。	重庆市渝北区黄山大道中段 61 号	